



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

1

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

SRP - SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS
PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

PREGÃO PRESENCIAL N.º 096/2017

O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º 7999/2010, torna público os Preços Registrados, conforme abaixo descrito:

Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES PARA USO NA UP, COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PROPOSTA 088894550001160-02 – COM LOTE EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE E AMPLA CONCORRÊNCIA.**

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 207/2017

Empresa: HS MED COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA – EPP, CNPJ n.º 00.064.780/0001-33.

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Qtde.	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - EXCLUSIVO “Microempresa – ME” ou “Empresa de Pequeno Porte – EPP	1	32937	DEA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO Características mínimas: acessórios 01 eletroso, bateria mínimo de 200 choques e tela ECG.(Com registro na ANVISA).	INSTRAMED / ISIS	UN	2,00	7.280,00	14.560,00
LOTE: 001 - EXCLUSIVO “Microempresa – ME” ou “Empresa de Pequeno Porte – EPP	2	31961	ESCADA COM 2 DEGRAUS Características mínimas: Aço inoxidável.	RENASCER / RN 10006	UN	1,00	174,00	174,00
LOTE: 001 - EXCLUSIVO “Microempresa – ME” ou “Empresa de Pequeno Porte – EPP	3	31962	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO Características Mínimas: Material confecção tecido em algodão e braçadeira fecho velcro. (Com registro na ANVISA)	PREMIUM	UN	1,00	63,00	63,00
LOTE: 001 - EXCLUSIVO “Microempresa – ME” ou “Empresa de Pequeno Porte	4	30526	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO Tecido em algodão, tipo de feixe velcro Manômetro aneroide em duro metal com	PREMIUM	UN	1,00	64,00	64,00



Município de
Dois Vizinhos

2

Estado do Paraná

- EPP			pintura texturizada, após tratamento antiferrugem, com visor graduado de 0 à 300 mm/hg, preciso e de fácil leitura Braçadeira com dimensões adulto, em tecido resistente NYLON fecho VELCRO Pera insufladora de ar em látex c/ Válvula de controle de ar em metal cromado permitindo a retenção e o esvaziamento de ar MANGUITOS (BOLSA DE AR), PERA E TUBOS CONECTORES EM BORRACHA (látex), na cor preta. Selo de qualidade do INMETRO (Com registro na ANVISA).					
LOTE: 001 - EXCLUSIVO "Microempresa - ME" ou "Empresa de Pequeno Porte - EPP	6	31968	MESA DE EXAMES Características mínimas: Posição do leito fixo, material confecção aço/ferro pintado e acessórios, suporte para papel. (Com registro na ANVISA)	RENASCER / RN 08007 O	UN	2,00	455,00	910,00
LOTE: 001 - EXCLUSIVO "Microempresa - ME" ou "Empresa de Pequeno Porte - EPP	7	17844	REANIMADOR PULMONAR - ADULTO Características mínimas: Manual, tipoambu adulto, com reservatório, balão auto inflável em silicone, válvula de admissão de ar, com conexão para entrada de oxigênio. (Com registro na ANVISA).	PHARMATEX	UN	3,00	136,00	408,00
LOTE: 002 - AMPLA CONCORRÊNCIA	1	32936	APARELHO RAIOS - X Características mínimas; Fixo (até 800mA) POSSUI mesa com tampo flutuante, painel de comando, estativa porta tubo, bucky mural e	SHR / SH 500F	UN	1,00	100.800,00	100.800,00



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

		<p>colimador, corrente do comando gerador 500mA a 600mA. APARELHO RAIO - X</p> <p>Características mínimas; Fixo (até 800mA) POSSUI mesa com tampo flutuante, painel de comando, estativa porta tubo, bucky mural e colimador, corrente do comando gerador 500mA a 600mA.</p> <p>COMANDO E GERADOR: Gerador de Raios-X de alta frequência (multipulso) microprocessado; Potência de saída do gerador mínima de 54 kW; Alimentação trifásica: 220/380 V - 60 Hz; Mesa de comando com painel de teclas de simples toque; Ajustes integrados de kV para variações de no mínimo: 40 a 150 kV com sensibilidade de 1 kV; Programa de técnicas para órgãos, pré-programável; Indicação de falhas via software em display de cristal líquido; Unidade Selada com faixa de corrente de 50-800mA com comutação automática foco (fino e grosso); Seleção para faixa de mAs mínima: de 1 a 500 mAs. Variação dos tempos de exposição com faixa mínima de 0,002 a 5 segundos; Indicação digital de kV, mA e mAs; Estabilização automática de tensão de</p>				
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--



Município de
Dois Vizinhos

Estado do Paraná

			<p>rede; Proteção térmica do tubo de Raios-X interligada ao sistema de disparo. Mostrador Digital. ESTATIVA PORTA-TUBO DE RAIOS-X: Tipo chão teto ou chão com deslocamento horizontal; Braço porta-tubo de raios-X modelo telescópico com movimento vertical; Deslocamento telescópico do braço porta-tubo de 20 cm no mínimo e giro de 180 graus; Rotação da coluna de 180 graus com travamento por pedal; Freios eletromagnéticos para os movimentos na horizontal, vertical, transversal e de angulação, com acionamento frontal por botoeira; MESA BUCKY TAMPO FLUTUANTE: Mesa tampo flutuante com no mínimo 200x75cm com deslocamento do tampo na transversal e longitudinal; Fixação do movimento transversal e longitudinal do tampo, através de freios eletromagnéticos controlados por pedal; Distancia focal de 100 cm, deslocamento longitudinal mínimo de 60 cm e freios eletromagnéticos que suporte pelo menos 160kg a 200 kg. Sistema de auto-centralização de chassi para filmes desde 13x18 a 35x43 cm em</p>				
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

5

			ambas as direções; UNIDADE SELADA: Tubo de raios-X de anodo giratório de tungstênio para 150 kV, 9.000 RPM, com dois focos máximos de 0.6 e 1.2 mm. Capacidade térmica mínima do anodo de 270 KHU a 300 KHU. PAR DE CABOS DE ALTA TENSÃO: Para isolamento até 150 kV. COLIMADOR LUMINOSO: Luminoso manual de lâminas planas para corte em profundidade, com circuito temporizador para lâmpada. MURAL BUCKY: Deslocamento vertical mínimo de 105 cm, com freios eletromagnéticos; Sistema de auto-centralização de chassis para filmes desde 13x18 a 35x43 cm, em ambas as direções. Que Possua Angulação Bucly. (Com Registro Na ANVISA)					
TOTAL								116.979,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 208/2017

Empresa: INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A, CNPJ nº 33.255.787/0001-91

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Qtde.	Preço unitário	Preço total
LOTE: 002 - AMPLA CONCORRÊNCIA	2	32935	CR DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRAFICAS - MULTICASSETES Características Mínimas: POSSUIR sistema de digitalização de imagens de mamografia e raios-X por placas de fósforo, multicassetes, com no mínimo 02 entradas de cassetes, resolução mínima de 10 pixels/mm em todos os tamanhos de cassetes	AGFA	UN	1,00	194.000,00	194.000,00



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

			<p>para raios-X. Resolução de escala de cinza 12bits/pixel. Digitalização de imagens de Mamografia com resolução mínima de 20 pixels/mm nos tamanho de cassetes 18x24cm e 24x30cm. Capacidade de processamento mínimo de 100 cassetes/hora no tamanho 35x43; Console de operação, dedicado à revisão de imagens digitais de raios-X e mamografia. Possui os serviços de envio de imagens ao servidor ou a impressora no padrão DICOM 3.0 e de todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagem com as seguintes características: Monitor (LCD) de no mínimo 17 polegadas sensível ao toque (Touch Screen); Memória local de no mínimo 2GB; Disco rígido (HD) local de pelo menos 500GB; Armazenamento em disco local (HD) no mínimo 2000 imagens; Leitor de código de barras para identificação dos cassetes; Processamento de imagem por controle de range dinâmico e processamento multifrequência; Gravação de imagem DICOM com visualizador em mídia conectável a estação de controle de qualidade (CD,DVD,USB,etc); Backup e restauração de imagens em mídia em mídias externas (CD,DVD,USB); Rotação/Inversão de imagem; Alteração de densidade, sensibilidade, contraste e latitude das imagens; Magnificação da imagem para visualização; Processamento para eliminação das linhas de grade; Serviço DICOM 3.0, Storage; Serviço DICOM 3.0 Print; Serviço DICOM 3.0 Modality Worklist Management; Serviço DICOM 3.0 Storage Commitment; Serviço Dicom 3.0 Modality Performed Procedure Step; Cassetes para o digitalizador multicassete de raios-X e mamografia: 03 (quantidade) cassetes com placa de fósforo tamanho 18X24 cm para mamografia 03 (quantidade) cassetes com placa de fósforo</p>				
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

7

			tamanho 24X30cm para mamografia. 03 (quantidade) cassetes com placa de fósforo tamanho 35X43cm. 03 (quantidade) cassetes com placa de fósforo tamanho 35X35cm. 03 (quantidade) cassetes com placa de fósforo tamanho 24X30cm. 03 (quantidade) cassetes com placa de fósforo tamanho 18X24cm. Sistema de impressão de filmes radiológicos a seco com capacidade de impressão para três tamanho simultâneos. Resolução mínima de 50 microns. Densidade óptica de impressão de 4.0, capacidade de impressão mínima de 90 filmes por hora no tamanho 35X43cm, capacidade de memória mínima de 1GB. Impressão no padrão DICOM 3.0. Para uso em modalidades medicas, com impressão de tecnologia e resolução mínima de 300 dpi para todas as imagens nela geradas. Carregamento dos filmes a luz do dia em magazine com capacidade de no mínimo 100 filmes; Conexão com modalidades através do protocolo DICOM 3.0; Calibração automática de densidade de cada filme impresso; Escala de cinza de no mínimo 14bits; Trabalhar com, no mínimo, 3 tamanhos diferentes de filmes simultaneamente carregados no equipamentos (on-line).(Com registro na ANVISA).					
TOTAL								194.000,00

Dois Vizinhos, 03 de outubro de 2017.

Raul Camilo Isotton
Prefeito